



Section Laboratoires

ANNEXE TECHNIQUE
à l'attestation N° 2-1648 rév. 3

L'accréditation concerne les prestations réalisées par :

CEMAM AQUITAINE
23, rue Saint Exupéry
33320 EYSINES

Contact : **Monsieur Denis CAILLE**

Tél : 05 56 47 80 55

Fax : 05 56 47 75 68

e-mail : contact@cemam-aquitaine.com

Dans son unité technique :

Laboratoire de Métrologie

Elle porte sur les étalonnages suivants :

(voir page suivante)

MASSE ET VOLUME/MASSE/INSTRUMENT DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE						
Objet soumis à étalonnage	Mesurande	Etendue de mesure	Meilleure incertitude d'étalonnage (en relatif)	Principe de mesure	Moyens d'étalonnage (Equipements, étalons)	Prestation en laboratoire (L) et/ou sur site (S)
Instrument de pesage à fonctionnement non automatique	Masse conventionnelle	De 0 à 2 kg	1,5. 10 ⁻⁶	Par pesée d'étalons de masse	Etalons de masse de classe égale ou supérieure à E2 ou de qualité équivalente.	S
		De 0 à 40 kg	5. 10 ⁻⁶		Etalons de masse de classe égale ou supérieure à F1 ou de qualité équivalente	
		De 0 à 60kg	15. 10 ⁻⁶		Etalons de masse égale ou supérieure à F1 ou de qualité équivalente et un étalon de 20 kg de classe F2	
		De 0 à 1 500kg	50. 10 ⁻⁶		Masses étalons de classe M1 ou égale ou supérieure à M ⁿ n=3000e ou de qualité équivalente avec possibilité d'utiliser des charges de substitution	

NOTE : Par « Site », on entend étalonnage à l'emplacement d'utilisation.

Portée fixe A1 :

Le laboratoire est accrédité pour pratiquer les étalonnages décrits en respectant strictement les méthodes internes utilisées. Il est accrédité suivant les révisions successives, dès lors que les révisions n'impliquent pas de modifications techniques du mode opératoire.

Les incertitudes élargies correspondent aux aptitudes en matière de mesures et d'étalonnages (CMC) du laboratoire pour une probabilité de couverture de 95%.

Date de prise d'effet : 01/12/2014 Date de fin de validité : 30/11/2019

Le Responsable d'Accréditation Pilote
The Pilot Accreditation Manager

Stéphane SARRAZIN

Cette annexe technique annule et remplace l'annexe technique 2-1648 Rév. 2.

Comité Français d'Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet - 75012 PARIS Tél. : 33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21 Siret : 397 879 487 00031 www.cofrac.fr
--